

АКТ

Дом. тел. _____

**ВВОДА В ЭКСПЛУАТАЦИЮ ОБЩЕДОМОВОГО
ПРИБОРА УЧЕТА ВОДЫ**

Раб. тел. _____

Сот. тел. 34 020 11

Адрес 8-21

Дата 2.11.2020

Мы, нижеподписавшиеся, контролер МУП «Элиставодоканал»

Представитель абонента УК 000 "ТЖ"

составили настоящий акт о том, что установлен водомер марки ВММ 2050N 074571

начальное показание 030960

Дата выпуска: 2013

Водомер опломбирован: 2.11.2020 пломба № 914-2103175 (УМ)

Межповерочный срок 6 мес 556.20155938 (УМ)

Дата последней поверки 6.10.2020. р. 26

Место установки подвал

Контролер участка: [Подпись]

Представитель абонента _____

Федеральное агентство по техническому регулированию и метрологии
(РОССТАНДАРТ)

Федеральное бюджетное учреждение
«Государственный региональный центр стандартизации, метрологии и испытаний
в Астраханской области и Республике Калмыкия»
(ФБУ «АСТРАХАНСКИЙ ЦСМ»)

Регистрационный номер в реестре аккредитованных лиц RA.RU.311475

СВИДЕТЕЛЬСТВО О ПОВЕРКЕ № P/120952

Действительно до

на холодной воде " 5 " октября 2026 г.

на горячей воде " 5 " октября 2024 г.

Средство измерений

Счетчик холодной и горячей воды ВСКМ90-50

наименование, тип, модификация средства измерений, регистрационный номер в Федеральном

рег. № 32539-11

информационном фонде по обеспечению единства измерений, присвоенный при утверждении типа

заводской (серийный) номер

094571

в составе

номер знака предыдущей поверки

поверено

в полном объеме

наименование единиц величин, диапазонов измерений, на которых поверено средство измерений

в соответствии с

МИ 1592-2015

наименование или обозначение документа, на основании которого выполнена поверка

с применением эталонов:

2.1.ЗБГ.0379.2018; 3.1.ЗБГ.0380.2018.

регистрационный номер и (или) наименование, тип, заводской номер.

разряд, класс или погрешность эталонов, применяемых при поверке

при следующих значениях влияющих факторов: температура окружающего воздуха 20,7 °С; температура

перечень влияющих факторов,

воды 20,0 °С; относительная влажность окружающего воздуха 50,5 %; атмосферное давление 103,5 кПа

нормированных в документе на методику поверки, с указанием их значений

и на основании результатов первичной (периодической) поверки признано пригодным к применению.

ненужное зачеркнуть



Знак поверки

ВрИО начальника отдела

Должность руководителя подразделения или
другого уполномоченного лица

Поверитель

Дата поверки

" 6 " октября 20 20 г.

Подпись

Подпись

Пронин В.В.

фамилия, имя и отчество

Александров А.С.

фамилия, имя и отчество

